


6. Zakładanie mankietu naramiennego

- 6-1. Dwoma palcami naciśnij tętnicę ramienną na wysokości około 2,5 cm (1 cala) powyżej łokcia od wewnętrznej strony lewego ramienia.
- 6-2. Ustal, gdzie wyczuwasz najsilniejsze tętno. Końcówkę mankietu dalszą od wężyka powietrza przesunij przez metalowy pierścień do pętli. Gładki materiał ma znaleźć się we wnętrzu mankietu.
- 6-3. Jeśli mankieta jest właściwie założony, wówczas zapięcie na rzep będzie znajdować się na zewnątrz mankieta, zaś metalowy pierścień nie będzie dotykał skóry.
- 6-4. Lewe ramię należy teraz wsunąć przez pętlę mankieta. Dół mankieta powinien znaleźć się około 1,25 cm (1/2 cala) powyżej łokcia. Mankiet powinien leżeć nad tętnicą ramienną, po wewnętrznej stronie ramienia.
- 6-5. Mankiet podciągnij w ten sposób, aby jego górna i dolna krawędź opasywały ramię.
- 6-6. Po prawidłowym założeniu mankieta mocno dociągnij zapięcie na rzep w stosunku do miękkiej strony mankieta.
- 6-7. Usiąść na krześle i położyć ramię na stole tak, aby mankieta znalazł się na tym samym poziomie co serce.
- 6-8. Zwolnić ramię i zagiąć ku górze.
- 6-9. Upewnić się, czy na wężyku powietrznym nie ma żadnych zapętleń.
- 6-10. Podłączyć mankieta do gniazda z lewej strony aparatu.




*Uwaga!

Nie wolno używać mankieta na zranionym lub chorym ramieniu.

7. W jaki sposób dokonać pomiaru

7-1. Włożyć baterie w ich właściwe pozycje:

- A. Otworzyć pokrywę baterii
- B. Skorzystać z rysunku przedstawiającego sposób ułożenia baterii (ryc. nr 5)
- C. Przez 3 sekundy wszystkie segmenty wyświetlacza będą widoczne na ekranie.



7-2. Ustawienia daty i godziny

- A. Wcisnąć przycisk \ominus (zaczyna migać „rok”). Wcisnąć przycisk „+” w celu nastawienia właściwego roku.
- B. Wcisnąć przycisk \ominus (zaczyna migać „miesiąc”). Wcisnąć przycisk „+” w celu nastawienia właściwego miesiąca.
- C. Wcisnąć przycisk \ominus (zaczyna migać „dzień”). Wcisnąć przycisk „+” w celu nastawienia właściwego dnia.
- D. Wcisnąć przycisk \ominus (zaczyna migać „godzina”). Wcisnąć przycisk „+” w celu nastawienia bieżącej godziny.
- E. Wcisnąć przycisk \ominus (zaczyna migać „minuta”). Wcisnąć przycisk „+” w celu nastawienia właściwej minuty.
- F. Wcisnąć przycisk \ominus w celu zapamiętania wprowadzonych ustawień.

7-3. Kroki, które należy podjąć w celu wykonania pomiaru ciśnienia krwi:

- A. Wcisnąć przycisk „+” w celu wybrania konkretnego obszaru pamięci (1, 2, lub 3).
- B. Wcisnąć przycisk „START/STOP” w celu rozpoczęcia pomiaru. Urządzenie automatycznie napompuje powietrze do odpowiedniego ciśnienia.



*Uwaga!

Podczas wykonywania powtórnych pomiarów, upewnij się, czy wybrano ten sam obszar pamięci tak, aby pomiary zostały zapamiętane w odpowiednim obszarze pamięci.

- C. Po napompowaniu mankieta ciśnienie powietrza w mankiecie będzie opadać, a w chwili wykrycia pulsu zacznie migać ikona przedstawiająca symbol



*Uwaga!

W przypadku, gdy mankieta będzie stale napompowywany powietrzem, proszę go natychmiast zdjąć. Naciskając przycisk „START/STOP” w każdym momencie możemy przerwać pomiar ciśnienia.

- D. Z chwilą zakończenia pomiaru na wyświetlaczu pojawią się na okres 1 minuty: ciśnienie skurczowe, tętno, ciśnienie rozkurczowe oraz symbol wskaźnika WHO.
- E. Monitor automatycznie wyłączy się po 1 minucie bezczynności (braku jakichkolwiek operacji).